



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0009856

DATA: 16/06/2022

OGGETTO: Indagine di mercato per il servizio di assistenza tecnica su Iniettori Angiografici e per Risonanza di produzione BAYER/MEDRAD MEDICAL CARE dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna nell'anno 2022/2023.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0009856_2022_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	979156FD884A106DEA27DCA6A08677983 C47F6A6CE0F21EC52A83F75D6306513



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



A CHI DI COMPETENZA  
LORO SEDI  
00000

**OGGETTO:** Indagine di mercato per il servizio di assistenza tecnica su Iniettori Angiografici e per Risonanza di produzione BAYER/MEDRAD MEDICAL CARE dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna nell'anno 2022/2023.

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto un servizio di assistenza tecnica su Iniettori Angiografici e per Risonanza di produzione BAYER/MEDRAD MEDICAL CARE, in uso presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, da effettuarsi nell'anno 2022/2023, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura di acquisizione del servizio, secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate:

<b>Tipologia di Contratto</b>	<b>Descrizione</b>
<b>MANUTENZIONE PREVENTIVA</b>	Contratto con interventi limitati alla sola Manutenzione Preventiva. Sono comprese parti di ricambio/kit/consumabili necessari e previsti dalla procedura di manutenzione

**PRODUTTORE/FABBRICANTE:**

BAYER/ MEDRAD MEDICAL CARE

**CLASSE E MODELLO:**

<b>CLASSE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>UBICAZIONE</b>
INIETTORE ANGIOGRAFICO	STELLANT D	60764873200117	SALA TAC
INIETTORE ANGIOGRAFICO	STELLANT CT	39828	SALA TAC
INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA	SPECTRIS INJECTOR SHS-200	MR33743	SALA RM 1,5T
INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA	SPECTRIS SOLARIS EP	SOLARIS3034691100055	SALA RM 3T

**Monica Colombi**

Patrimonio ed Attività Tecniche

**Istituto Ortopedico Rizzoli**

**Sede legale** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna

**Ospedale** Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna

**Centro di Ricerca** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna

Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 [www.ior.it](http://www.ior.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374



#### **REQUISITI MINIMI CONTRATTO DI TIPO MP:**

- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza coerenti con la direttiva Dispositivi Medici (CE 93/42 - RUE 2017/745) **per lo specifico modello (allegare copia delle iniziative formative o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato)**
- Esecuzione di n. 1 manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante, che comprenda almeno le seguenti operazioni:
  1. Ispezione completa di tutti i componenti del sistema
  2. Sostituzione proattiva e gratuita di alcune parti di ricambio indicate dal fabbricante
  3. Aggiornamenti software e hardware consigliati dal fabbricante
  4. Eventuali calibrazioni e lubrificazione degli organi meccanici in movimento
  5. Valutazione delle performance generali
  6. Calibrazione completa del sistema e verifica delle specifiche di fabbricazione
  7. Verifica funzionale annuale secondo le procedure previste dal fabbricante
  8. Controlli di sicurezza elettrica secondo normativa vigente

#### **ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTO DI TIPO MP:**

- Ordine annuale con autorizzazione alla liquidazione delle fatture a seguito di esecuzione attività
- Penale in caso di mancata rispetto del calendario esecuzione della manutenzione preventiva: 1,0% dell'importo dell'ordine per singolo sistema

I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50 /2016.

#### **NB: Allegare le documentazioni richieste per attestazione del possesso dei requisiti**

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovrà essere esclusivamente inviata a mezzo pec all'indirizzo: **acquisti@pec.ior.it entro le ore 12:00 del giorno 01 luglio 2022.**

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

A disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Francesca Comellini

Responsabile procedimento:

**Monica Colombi**  
Patrimonio ed Attività Tecniche

**Istituto Ortopedico Rizzoli**  
**Sede legale** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
**Ospedale** Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna  
**Centro di Ricerca** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 [www.ior.it](http://www.ior.it)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374



Monica Colombi

**Monica Colombi**

Patrimonio ed Attività Tecniche

**Istituto Ortopedico Rizzoli**

**Sede legale** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna

**Ospedale** Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna

**Centro di Ricerca** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna

Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 [www.ior.it](http://www.ior.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374